

仕 様 書

【 気腹・気胸装置 】

1. 調達物品及び構成内訳

気腹・気胸装置 一式
(内訳)

品名	品番	数量
エアシールインテリジェントフローシステム	AS-IFS1	1 台
エアシール専用カート	F-CNM-001	1 台
エアシールボトルガス専用 VALVE	KUA-12713	1 式
ブレードレスオプティカルエアシールトロカー	IAS12-100LPI	24 本
トライルーメン フィルターチューブセット	ASM-EVAC1	24 本

その他付属品、配送、搬入、組立、据付、接続、調整、説明及びこれらに係る工事・作業を含む。

2. 調達物品の機能及び性能に関する要件

気腹・気胸装置は以下の要件を満たすこと。

- ・ 専用の消耗品(一般的名称:単回使用トロカールスリーブ及び気腹用チューブ、以下「消耗品」)を用いる事で以下の要件を満たすこと。
- ・ 気腹圧の変化に即時対応し、気腹圧を安定させる機能を有すること。
- ・ 吸引管を使用しても気腹圧を維持する機能を有すること。
- ・ 常時 循環型排煙を行い術野の曇りを軽減する機能を有すること。
- ・ 自照式のフロント操作パネルを採用していること。
- ・ 腹腔圧設定は 5~20mmHg であること。
- ・ 流量設定は 1~40L/min であること。
- ・ 気腹用チューブは 0.07 μ m レベル以上のフィルター機能を有すること。
- ・ 単回使用トロカールスリーブはバルブレスであること
- ・ 単回使用トロカールスリーブのカニューレ内に CO₂ の圧バリアーを形成することにより CO₂ ガスの漏気を防ぐ機能を有すること。

3. その他

- ・ 本装置は、本院の指定する場所に設置すること。
- ・ 本装置の搬入、据付、運転調整をおこなうこと。
- ・ 納入時もしくは、設置後当院が指定する日時・場所にて取り扱い説明を実施すること。
- ・ 納入後 1 年間は、通常使用により故障した場合の無償修理に応じること。

以上