

仕様書

【低温乾燥器】

1. 調達物品及び構成内訳

低温乾燥器(プロスパーASK-1200FT) 一式

(内訳)

品名	型番	数量
低温乾燥器プロスパー	ASK-1200FT	1
専用付属カートリッジ		3
付属スライド棚		5
運搬搬入、機器撤去、設置調整費		1

その他付属品、配送、搬入、組立、据付、接続、調整、説明及びこれらに係る工事・作業を含む。

2. 装置の仕様及び技術的要求事項

低温乾燥器の構造・性能に関して以下の条件を満たすこと。

①装置本体

- ・外形寸法は、W1200×D800×H1895 mm以上であること。
- ・電源は AC100V 20A であること。
- ・操作部はタッチパネル式であること。
- ・装置運転中に槽内の物品が一目で確認できる構造であること。
- ・材質は SUS304#400 ヘアライン仕上げ以上であること。
- ・スライド棚 5 段が標準装備していること。

②処理能力

- ・1 回の運転で蛇管のみ 30 本以上を同時に処理できること。
- ・1 回の運転でチューブのみ 45 本以上を同時に処理できること。
- ・1 回の運転で麻酔バック 5 ヶ以上を同時に処理できること。
- ・1 回の運転で DIN 規格バスケット 15 枚以上を同時に処理できること。

③装置性能

- ・乾燥方式が熱風循環方式であること。
- ・チューブ・蛇管の装着はカートリッジ式であり、装置本体と脱着できる機能であること。
- ・工程時間を 1 分単位で任意設定できる機能を有していること。
- ・設定温度を室温～80℃までの 1℃単位で任意設定が可能であること。

④安全装置

- ・乾燥工程における温度異常の表示、報知を有する機能であること。
- ・工程完了時に報知機能を備えていること。